

Постельное белье Альцфикс

Техническое задание

Медицинское изделие: Белье постельное медицинское многоразовое влагонепроницаемое АльцФикс™ по ТУ 32.50.50-002-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 18.09.2019 № РЗН 2019/8919.

Влагонепроницаемое дышащее постельное белье эффективно защитит матрас, одеяла и подушки от регулярных сильных загрязнений в уходе за лежачими больными. Изготовлено из современного би-эластичного воздухопроницаемого материала. Нижняя сторона – дышащая мембранная ткань с микропорами, она эффективно задерживает влагу и в то же время не перекрывает доступ кислороду. Верхняя – приятный на ощупь махровый слой.

Материал	Трикотажная мембранная ткань Состав: 100% полиэфир с покрытием полиуретаном Плотность 130 г/м ² Сорбционная емкость - не более 5 мл/м ² *мин Водоупорность - не менее 450 мм вод. ст. Воздухопроницаемость не менее 3 дм ³ /м ² *с Би-эластичность: тянется в двух направлениях Уход: 1. Устойчиво к многократным машинным стиркам с добавлением моющего средства при температуре +40° С. 2. Устойчиво к дезинфекции 3%-ным раствором перекиси водорода. 3. Устойчиво к воздействию биологических жидкостей - слюна, моча, пот, кровь (подтверждено лабораторно: после стирки на ткани не остается следов растворов)
Стандарт изготовления	1. ТУ 32.50.50-002-17241647-2019 2. Все требуемые ГОСТ (полный перечень приведен в Инструкции по применению)
Гарантийный срок эксплуатации Срок годности	12 месяцев 24 месяца
Медицинское изделие	Белье постельное медицинское многоразовое влагонепроницаемое АльцФикс™ по ТУ 32.50.50-002-17241647-2019. Регистрационное удостоверение от 18.09.2019 № РЗН 2019/8919
Токсикологические исследования	Проведены в полном объеме. Подтверждена безопасность при длительном контакте с неповрежденной кожей и слизистыми оболочками пациента, а также использование для предотвращения перекрестного заражения. Заключение №9-19 от 28.01.2019 ООО «Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий» Испытательная лаборатория «Токсиколог»
Технические испытания	Проведены в полном объеме. Подтверждены свойства воздухопроницаемости и водонепроницаемости , соответствие ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия». Протокол №19-1473 от 25.03.2019 ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ»
Клинические испытания	Проведены в полном объеме. Подтверждено качество, эффективность и безопасность медицинского изделия в условиях стационара. Акт №16/19 от 12.04.2019 ООО «Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Дорохово»

1. Непромокаемая простыня

№ п/п	Технические характеристики	90x200 см артикул af018	120x200 см артикул af018_4	140x200 см артикул af018_1	160x200 см артикул af018_2	180x200 см артикул af018_3
1.1.	Размеры:					
	ширина, мм	900	1200	1400	1600	1800
	длина, мм	2000				
	количество угловых резинок	4				
1.2.	Цвет	молочный				
1.3.	Состав	100% полиэфир с покрытием полиуретаном				

2. Непромокаемая наволочка

№ п/п	Технические характеристики	50x70 см артикул af019	70x70 см артикул af019_1
2.1.	Размеры:		
	ширина, мм	500	700
	длина, мм	700	
2.2.	Цвет	молочный	
2.3.	Состав	100% полиэфир с покрытием полиуретаном	

3. Непромокаемый пододеяльник

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
3.1.	Размеры:	
	ширина, мм	1500
	длина, мм	2200
3.2.	Цвет	молочный
3.3.	Состав	100% полиэфир с покрытием полиуретаном